ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.
LABORATÓRIO DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0418	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS**	
MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA BASEADOS NO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO, MONOFÁSICOS E POLIFÁSICOS	Ensaios para verificação inicial ou após reparos:	Portaria Inmetro nº 400, de 12 de agosto de 2013
		Portaria Inmetro nº 285, de 11 de agosto de 2008, Regulamento Técnico Metrológico (RTM) – Anexo C e E
	Determinação de Inspeção visual da correspondência ao modelo aprovado	Item C 3.1; Item E 2.1
	Determinação de Inspeção geral do medidor	Item C 3.2; Item E 2.2
	Determinação de Tensão aplicada	Item C 3.3; Item E 2.3
	Determinação de Corrente de partida	Item C 3.4; Item E 2.4
	Determinação de Exatidão	Item C 3.5; Item E 2.5
	Exame do registrador	Item C 3.6; Item E 2.6
	Ensaio de Marcha em vazio	Item C 3.7; Item E 2.7

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____ **Em,25/09/2017**

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0418	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS**	
MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA BASEADOS NO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO, MONOFÁSICOS E POLIFÁSICOS	Inspeção geral do medidor Verificação da selagem	PT-001 Procedimento para Inspeção Visual,Geral e Ensaio Dielétrico. Rev. 08
	Ensaio de marcha em vazio	PT-003 Procedimento para Ensaio de Marcha em Vazio e Registrador Rev. 06 / PT-009 Procedimento para Ensaio de Marcha em Vazio e Registrador-Mesa Precision Lab. Rev. 05
	Influência da variação de corrente	PT-002 Procedimento para Ensaio de Exatidão e Corrente de Partida. Rev.08 / PT-008 Procedimento para Ensaio de Exatidão e Corrente de Partida-Mesa Precision Lab. Rev. 011
	Ensaio do registrador	PT-003 Procedimento para Ensaio de Marcha em Vazio e Registrador Rev. 06 / PT-009 Procedimento para Ensaio de Marcha em Vazio e Registrador-Mesa Precision Lab. Rev. 05
X-X-X-X-X	**X-X-X-X-X-X-X**	**X-X-X-X-X**