



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 1
--------------------------------	----------	--------------------

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO/LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0930	INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS	ENSAIO QUÍMICO	
AGENTES DE GUERRA QUÍMICA E COMPOSTOS RELACIONADOS Amostras Líquidas e sólidas	Determinação qualitativa de agentes químicos de guerra por cromatografia gasosa acoplada á espectrometria de massas com detector de nitrogênio e fósforo e detector de fotometria de chama (CG/MS-NPD/FPD) LD: 10 µg/ml ou mg/kg	Recommended Operating Procedures for Analysis in the Verification of Chemical Disarmament, 2011
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 16/01/2017