



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SUPPORT SA LTDA / SUPPORT ANÁLISES AMBIENTAIS

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1874

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS QUÍMICOS

ÁGUA BRUTA, ÁGUA
TRATADA, ÁGUA
RESIDUAL, ÁGUA
PARA CONSUMO
HUMANO

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico
LQ: 0,1 NTU

SMWW, 24ª Edição, Método
2130 B

X X X

X X X X X

X X X

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 02/09/2024