



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LABOLMAC - ANALISES QUIMICAS LTDA

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL - 1889

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MOTORES,
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
ELÉTRICOS**

ENSAIO QUÍMICO

LÍQUIDOS ISOLANTES
ELÉTRICOS

Determinação do teor de bifenilas policloradas (PCB) por
cromatografia gasosa (GC-ECD)

ABNT NBR 13882:2021 (óleo
mineral isolante).

LQ: 2 mg/kg
-X-X-X-

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 29/10/2024